

# 規格書

作成日:2023年9月27日

株式会社ウレシン

660-0072 兵庫県尼崎市大庄川田町32

FAX: 06-6412-3156

Email: [uresin@siren.ocn.ne.jp](mailto:uresin@siren.ocn.ne.jp)

作成者: 管理薬剤師 成尾

1) 品名: 高純度精アセトン99.5

2) 規格値 ;

項目	成分規格値	分析方法
外観	無色透明	目視
純度(wt%) アセトン	99.5以上	ガスクロマトグラフ法
水分(wt%)	0.5以下	カールフィッシャー法
密度(cm <sup>3</sup> )	0.790~0.794	振動式密度計法
蒸発残分(g/100ml)	0.001以下	第1法
酸分(%)(酢酸として)	0.002以下	中和滴定法

以上。